

南京农业大学实验室与基地处 实验室安全检查通报

2021 年第 1 期 （总第 27 期）

2021 年 3 月 12 日

因新冠疫情影响，2021 年春节留校学生较多，为确保寒假期间师生生命财产安全，实验室运行安全规范；结合《关于做好寒假期间实验室安全工作的通知》（2021）2 号文件要求，学校继续组织督导对实验室进行安全检查。现将检查情况通报如下。

一、 总体情况

本月实验室安全检查依然采用初查与复查相结合的模式，检查结果见下表：

	农学	植保	园艺	动医	动科	草业	资环	生科	食品	前沿研究院	共计
初查	15	17	5	15	7	4	2	14	17	4	100
复查	1	0	3	1	0	0	0	2	0	2	9

督导检查发现的问题主要集中在危化品管理、实验室废弃物回收等方面，具体如下：

1. 危化品使用不规范、标签不规范；
2. 实验室废弃物收集处置不规范，如废液桶、废胶桶未张贴标签且无防漏托盘；
3. 存在接线板直接放置于地面使用现象；
4. 特种设备灭菌锅使用登记不规范；
5. 个别实验室卫生差、物品摆放杂乱；

本月检查各学院安全隐患详情如下：

本月检查各学院安全隐患情况统计表

隐患类型 学院	实验场所安全		基础安全		化学安全		废弃物收集	特种设备与常规冷热设备		总计
	实验室 饮食、卫生 等	设施、通 道等	接线板、使 用明火等用 电不规范	做实验不穿 实验服	危化品柜未 上锁或未双 人双锁	化学试剂储存和 使用不规范（含 未贴标签）	废弃物收 集不规范	压力容器使用 不规范	烘箱、灭 菌锅等管 理不规范	
农学院	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
植保院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园艺院	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3
动医院	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
动科院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
草业院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资环院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生科院	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
理学院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前沿交叉研 究中心	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
植物生产 中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	2	0	1	0	1	1	3	0	1	9

三、部分现场问题照片

1. 农学院



理科楼 A325—废液桶未张贴标签且无防漏托盘。负责人王秀娥（左图为初查，右图为复查）


2. 园艺院



生科楼 A6004—废胶桶未贴标签、无盖，（左图为初查，右图为复查）
（已多次通报），负责人张绍玲



生科楼 A6004—卫生太差。（已多次通报），负责人张绍玲



生科楼 A6004—灭菌锅正在使用，只登记到 2 月 3 日，请规范登记使用记录，负责人张绍玲


3. 动医院



逸夫楼 2020—废液桶未张贴标签且无防漏托盘。

负责人王丽平（左图为初查，右图为复查）

4. 生科院



生科楼 C6016—危化品柜未上锁，负责人崔中利（左图为初查，右图有复查）



生科楼 C7021—接线板直接放置于地面使用，负责人曹慧（左图为初查，右图为复查）

5. 前沿交叉研究院



逸夫楼 5031-5033—实验台面桌面东西混乱，负责人李盛本、熊国胜

(左图为初查，右图为复查)

易制爆化学品使用登记表

序号	时间	使用量	用途	使用数量	剩余数量	剩余量存放地点	领用人签字	备注
5	2021/12/20	200ml	200ml	200ml	180ml	逸夫楼 5033	李盛本	
		40ml		40ml	140ml	逸夫楼 5033	李可	
		180ml		70ml	逸夫楼 5033	李国胜	李国胜	

易制爆化学品使用登记表

序号	时间	使用量	用途	使用数量	剩余数量	剩余量存放地点	领用人签字	备注
5	2021/12/20	200ml	200ml	200ml	180ml	逸夫楼 5033	李盛本	
		40ml		40ml	140ml	逸夫楼 5033	李可	
		180ml		70ml	逸夫楼 5033	李国胜	李国胜	

逸夫楼 5031-5033—易制爆台账登记不规范，负责人李盛本、熊国胜

(左图为初查，右图为复查)

新学期，新征程，希望广大师生提高安全意识，确保实验室安全规范运行。针对检查中发现的各类安全隐患，请相关单位、实验室认真对照各项要求进行整改，学校将保持跟踪复查。

特此通报。

实验室与基地处

2021年3月12日